

ИСО 9001 

АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ С ИНДИКАТОРОМ
«С2000-ВТИ»,
«С2000-ВТИ исп.01»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.413614.002 РЭп

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание и работа	5
1.1.	Назначение изделия	5
1.2.	Технические характеристики	5
1.3.	Состав изделия	6
1.4.	Устройство и работа	6
1.5.	Средства измерения, инструменты и принадлежности	7
1.6.	Маркировка и пломбирование	7
1.7.	Упаковка	7
2.	Использование по назначению	8
2.1.	Эксплуатационные ограничения	8
2.2.	Подготовка изделия к использованию	8
2.2.1.	Меры безопасности при подготовке изделия	8
2.2.2.	Конструкция прибора	8
2.2.3.	Монтаж прибора	8
2.2.4.	Подключение прибора	9
2.2.5.	Настройка прибора	10
2.2.6.	Проверка	12
2.3.	Использование изделия	13
2.3.1.	Проверка работоспособности	16
2.3.2.	Действия в экстремальных ситуациях	16
2.3.3.	Возможные неисправности и способ устранения	16
3.	Техническое обслуживание изделия	17
3.1.	Общие указания	17
3.2.	Меры безопасности	17
3.3.	Порядок технического обслуживания изделия	17
3.4.	Проверка работоспособности изделия	17
3.5.	Техническое освидетельствование	17
3.6.	Консервация (расконсервация, переконсервация)	17
4.	Текущий ремонт	18
5.	Хранение	18
6.	Транспортирование	18
7.	Утилизация	18
8.	Гарантии изготовителя	18
9.	Сведения о сертификации	19
10.	Сведения о ранее выпущенных версиях	19

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации адресного измерителя влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» с датчиком угарного газа.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Список принятых сокращений:

СО – угарный газ;

ДПЛС – двухпроводная линия связи;

ПИ – преобразователь интерфейса;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение.

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

1.1.1. Адресные измерители влажности и температуры с индикатором (термогигрометры) «С2000-ВТИ» (АЦДР.413614.002) предназначены для измерения температуры, относительной влажности воздуха в месте установки, отображения измеренных значений на встроенном ЖКИ и передачи их контроллерам «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-Modbus» по ДПЛС. Модификация «С2000-ВТИ исп.01» (АЦДР.413614.002-01) дополнительно оборудована датчиком концентрации угарного газа (СО) и звуковым излучателем для оповещения о превышении порогового значения концентрации СО в окружающем воздухе.

1.1.2. Область применения измерителя – системы мониторинга температуры и относительной влажности, построение автоматических систем контроля и управления климатом объектов.

1.1.3. Термогигрометр предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.4. Термогигрометр является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.2. Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1.	Напряжение питания, В: – встроенная литиевая батарея (ER14505) – внешнее питание от ДПЛС – внешний источник постоянного тока	3,6 от 7 до 11 от 5 до 15
1.2.2.	Потребляемый ток, мА, не более: – в рабочем режиме – в режиме энергосбережения	600 250
1.2.3.	Время технической готовности, сек, не более	20
1.2.4.	Диапазон измеряемых температур, °C	от минус 10 до +55
1.2.5.	Диапазон измеряемой влажности, %	от 0 до 100
1.2.6.	Диапазон измеряемых значений СО*, ppm	от 0 до 200
1.2.7.	Точность измерения температуры, °C	± 0,4
1.2.8.	Точность измерения влажности, % (в диапазоне 20 %...80 %)	± 3
1.2.9.	Разрешение: – температура, °C – влажность, % – концентрация СО*, ppm	0,1 0,1 1
1.2.10.	Диапазон рабочих температур, °C	от минус 10 до +55
1.2.11.	Относительная влажность воздуха, % при +40°C	до 95
1.2.12.	Радиопомехи, создаваемые прибором по ГОСТ Р 50009-2000	не превышают значений
1.2.13.	Масса термогигрометра, г	100
1.2.14.	Габаритные размеры термогигрометра, мм, не более	65×85×30
1.2.15.	Степень защиты оболочки	IP30
1.2.16.	Время непрерывной работы прибора	круглосуточно
1.2.17.	Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч	80000
1.2.18.	Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98758
1.2.19.	Средний срок службы термогигрометра не менее, лет	10

1.2.20. Термогигрометр удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22.

1.2.21. По устойчивости к индустриальным радиопомехам термогигрометр соответствует требованиям третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009.

1.3. Состав изделия

Комплект поставки «С2000-ВТИ» соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Наименование	Количество, шт
Термогигрометр «С2000-ВТИ» АЦДР.413614.002 «С2000-ВТИ исп.01» АЦДР.413614.002-01)	1
Винт саморез B2 M2,2×6,5 DIN 7981	4
Дюбель 5×25	4
Руководство по эксплуатации АЦДР.413614.002 РЭ	1
Батарея ER14505 типоразмера AA, 3.6 В	1
Упаковка индивидуальная	1

1.4. Устройство и работа



Адресный измеритель влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» имеет ЖК индикатор «1» и клавиатуру «2» для выбора режима работы и изменения настроек измерителя.

Работа в меню:

- (-) – нажать кнопку «-» («влево»)
- (+) – нажать кнопку «+» («вправо»)
- [-] – удерживать кнопку «-» («влево»)
- [+] – удерживать кнопку «+» («вправо»)
- (Set) – нажать кнопку «Set»
- [Set] – удерживать кнопку «Set» более 2 с

Управление:

- (-), (+) – сброс фиксации отображения параметра, переход на отображение следующего параметра в основном режиме;
- (Set) – выбор параметра. Фиксирует отображение выбранного параметра на 30 секунд, далее переходит в основной режим отображения;
- [Set] – переход в режим настройки.

Основной режим работы:

- измерение и отображение на индикаторе температуры, °C **24.5**;
- измерение и отображение на индикаторе относительной влажности, % **33.2**;
- измерение и отображение на индикаторе концентрации CO*, ppm **0**.

Выход из режима энергосбережения по нажатию любой кнопки. Первые несколько секунд на дисплее будет отображаться « - - - » – идёт измерение температуры и влажности.

В режиме настройки:

- Ln.0n** – контроль связи с КДЛ;
- Ud** – контроль напряжения ДПЛС;
- Ub** – контроль напряжения батареи;
- Adr.Er** – смена адреса;

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

<i>LcdEr</i>	– настройка времени отображения температуры;
<i>LcdRh</i>	– настройка времени отображения влажности;
<i>LcdCO</i>	– настройка времени отображения CO*;
<i>LcdSd</i>	– настройка времени перехода в режим энергосбережения;
<i>Sound</i>	– настройка звукового оповещения*;
<i>Info</i>	– отображение информации о приборе;
<i>r.boot</i>	– сброс настроек на заводские установки.

Выход из режима настройки в основной режим через 60 секунд. При сохранении параметра выход в основной режим через 5 секунд, если не будет нажата любая кнопка.

1.5. Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5А, сопротивления до 2 МОм
Автономный программатор адресов «С2000-АПА»	Подробное описание функциональных возможностей и особенностей режимов работы программатора приведено в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта компании http://bolid.ru в разделе «ПРОДУКЦИЯ» на странице программатора «С2000-АПА».
Отвёртка крест	2×100 мм
Отвёртка плоская	2×100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм

1.6. Маркировка и пломбирование

1.6.1. Каждый термогигрометр имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.

1.6.2. Маркировка содержит: наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.

1.7. Упаковка

Термогигрометр совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

Конструкция «С2000-ВТИ» не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.2.1. Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция измерителя удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- прибор не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания прибора;
- монтаж и техническое обслуживание «С2000-ВТИ» должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

2.2.2. Конструкция прибора

Внешний вид и габаритные размеры адресного измерителя влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» приведены на Рис.2.1.




Рис.2.1 Внешний вид и габаритные размеры измерителя «С2000-ВТИ»

2.2.3. Монтаж прибора

Термогигрометр должен эксплуатироваться в местах, защищённых от атмосферных осадков и механических повреждений.

Предусмотрено два варианта установки измерителя: настольный и настенный. Для настольного варианта предусмотрена складная подставка.

Для настенного варианта в корпусе измерителя предусмотрены четыре крепежных отверстия. К стене термогигрометр закрепляется с помощью четырех шурупов с внутренней стороны корпуса. Установочные размеры для крепления на стене показаны на Рис.2.2.




Рис. 2.2 Установочные размеры «С2000-ВТИ», «С2000-ВТИ исп.01»

Не следует производить монтаж термогигрометра на поверхностях, значительно отличающихся по своей температуре от температуры окружающей среды в помещении (подогреваемые стены, радиаторы, трубы отопления и т.п.), так как это будет влиять на достоверность измерения влажности и температуры.


2.2.4. Подключение прибора

Монтаж соединительных линий производится в соответствии со схемами, приведенными в п.2.2.4 «Подключение прибора».

Клеммные колодки под винт обеспечивают подключение проводов сечением от 0,33 до 2 мм².

2.2.4.1. Схема внешних соединений

На рисунках 2.3 и 2.4 показаны типовые схемы подключения «С2000-ВТИ» с внешним питанием.



**Рис.2.3 Схема подключения «С2000-ВТИ»
к ДПЛС**

**Рис.2.4 Схема подключения «С2000-ВТИ»
к внешнему источнику питания**

2.2.5. Настройка прибора

Для перехода в режим настройки удерживайте кнопку «Set» более 2 с. Кнопками (-) и (+) выберите нужный параметр для контроля или настройки. Чтобы сохранить выбранный параметр удерживайте кнопку «Set» более 2 с.

Выход из режима настройки через 60 секунд или удерживайте кнопку «Set» более 2 с.

2.2.5.1. Контроль связи с КДЛ.

Ln.OFF – нет связи с КДЛ;

Ln.On – есть связь с КДЛ.

2.2.5.2. Контроль напряжения ДПЛС.

Ud 9.8 – напряжение ДПЛС, В.

2.2.5.3. Контроль напряжения батареи.

Ub 3.6 – напряжение батареи, В.



– 3,6...3,5В



– 3,4...3,3В



– 3,2...3,1В



– 3,0...2,9В



Мигающий с частотой 1 Гц – меньше 2.9 В



2.2.5.4. Смена адреса.

Для «С2000-ВТИ» диапазон адресов: 1...126.

Для «С2000-ВТИ исп.01» диапазон адресов: 1...125.

Адрес датчика влажности: $AdrRh = AdrTr + 1$.

Адрес датчика СО: $AdrCO = AdrTr + 2$.*

Adr.Er – [Set] – выход из меню настройки.

Adr.Er – (Set) – выбор параметра –> **125**

125 – (-)или[-] –> **124**

125 – (+)или[+] –> **1**

124 – (Set) –> **Pr.Adr** – Выход без сохранения.

124 – [Set] –> **StorE** –> Запись параметра в Еепром –> **Adr.Er** – выход в меню настройки.

Смену адреса так же можно произвести через программу UProg. Заданный адрес будет присвоен для датчика температуры.

2.2.5.5. Режим программирования адреса.

Для перехода в режим программирования адреса «С2000-ВТИ» необходимо подать команду в ДПЛС через программу UProg. На экране отобразится режим:

Pr.Adr – [set] –> **StorE** –> Запись адреса в Еепром –> Переход в основной режим.

При отмене команды программирования адреса переход в основной режим через 10 с.

2.2.5.6. Настройка времени отображения температуры.

LcdEr – [Set] – выход из меню настройки.

LcdEr – (Set) – выбор параметра –> **7** (значение по умолчанию).

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

Варианты выбора параметра (сек.):

OFF, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

OFF – выключить. Параметр отображаться на индикаторе не будет.

7 – (-)или[-] –> **5**

7 – (+)или[+] –> **10**

10 – (set) –> **LcdEr** – Выход без сохранения.

10 – [set] –> **StorE** –> Запись параметра в Eeprom –> **LcdEr** – выход в меню настройки.

2.2.5.7. Настройка времени отображения влажности.

Lcdrh – [set] – выход из меню настройки.

Lcdrh – (set) – выбор параметра –> **7** (значение по умолчанию).

Варианты выбора параметра (сек.):

OFF, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

OFF – выключить. Параметр отображаться на индикаторе не будет.

7 – (-)или[-] –> **5**

7 – (+)или[+] –> **10**

5 – (set) –> **Lcdrh** – Выход без сохранения.

5 – [set] –> **StorE** –> Запись параметра в Eeprom –> **Lcdrh** – выход в меню настройки.

2.2.5.8. Настройка времени отображения концентрации угарного газа.*

LcdCO – [set] – выход из меню настройки.

LcdCO – (set) – выбор параметра –> **7** (значение по умолчанию).

Варианты выбора параметра (сек.):

OFF, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

OFF – выключить. Параметр отображаться на индикаторе не будет.

7 – (-)или[-] –> **5**

7 – (+)или[+] –> **10**

5 – (set) –> **LcdCO** – Выход без сохранения.

5 – [set] –> **StorE** –> Запись параметра в Eeprom –> **LcdCO** – выход в меню настройки.

2.2.5.9. Настройка времени перехода в режим энергосбережения.

LcdSd – [set] – выход из меню настройки.

LcdSd – (set) – выбор параметра –> **20** (значение по умолчанию).

Варианты выбора параметра (сек.):

OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60

OFF – выключить. Параметр отображаться на индикаторе не будет.

20 – (-)или[-] –> **10**

20 – (+)или[+] –> **30**

10 – (set) –> **LcdSd** – Выход без сохранения.

10 – [set] –> **StorE** –> Запись параметра в Eeprom –> **LcdSd** – выход в меню настройки.

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

2.2.5.10. Настройка звукового оповещения*.

Sound – [set] – выход из меню настройки.

Sound – (set) – выбор параметра –> **On**

Off – (–)или(+) –> **On**

On – (set) –> **Sound** – выход без настройки.

On – [set] –> **StorE** – запись параметра в Еепром –> **Sound** – выход в меню настройки.

2.2.5.11. Информация о приборе.

Info – [set] – выход из меню настройки.

Info – (set) – выбор параметра

u200 – версия ПО –> (–)или(+) –>

d1125 – дата ПО –> (–)или(+) –>

Pcb.12 – версия платы –> (–)или(+) –>

d1225 – дата изготовления –> (–)или(+) –>

Ldr.01 – версия ПО загрузчика –> (–)или(+) –> версия ПО

2.2.5.12. Сброс настроек на заводские.

r.boot – [set] – выход из меню настройки.

r.boot – (set) – выбор параметра –> **Off**

Off – (–)или(+) –> **On**

On – (set) –> **r.boot** – Выход без сброса.

On – [set] –> **boot** – Сброс прибора.

Настройки по умолчанию:

Adr.Er = 126, (125)*

Lcd.Er = 7 сек.

Lcd.Rh = 7 сек.

Lcd.C0 = 7 сек.*

Lcd.Sd = 20 сек.

2.2.6. Проверка

Проверка измерителя проводится в составе системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «С2000-ВТ» (в дальнейшем – система) согласно методике по поверке на систему МП 207-028-2024. Текст методики доступен на сайте компании АО НВП «Болид» по адресу <http://bolid.ru> в разделе «Продукция», на странице «С2000-ВТИ», «С2000-ВТИ исп.01».

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

2.3. Использование изделия

К работе с изделием допускается персонал, изучивший настояще руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по технике безопасности.

Последовательность смены режимов в «С2000-ВТИ».

Смена режима по таймеру: $24.6^{\circ}\text{C} \Rightarrow 35.2\% \Rightarrow 0^{\ast} \text{ ppm} \Rightarrow 24.6^{\circ}\text{C}$

Смена режима кнопками «+» или «Set»: $24.6^{\circ}\text{C} \Rightarrow 35.2\% \Rightarrow 0^{\ast} \text{ ppm} \Rightarrow 24.6^{\circ}\text{C}$

Смена режима кнопкой «-»: $24.6^{\circ}\text{C} \Rightarrow 0^{\ast} \text{ ppm} \Rightarrow 35.2\% \Rightarrow 24.6^{\circ}\text{C}$

Звуковое оповещение.*

«С2000-ВТИ исп.01» имеет встроенный звуковой излучатель, позволяющий подавать сигналы в случае превышения фиксированного порогового значения концентрации угарного газа. Пороги концентрации СО представлены в таблице 2.3. Для разрешения, запрета звукового оповещения см. подраздел «2.2.5.10 Настройка звукового оповещения».

Таблица 2.3.

Концентрация СО, ppm	Звуковой сигнал
От 18 до 99	Один короткий сигнал каждые 60 секунд
От 100	Два коротких сигнала каждые 20 секунд

Обновление ПО «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01».

Для обновления ПО измерителя влажности и температуры «С2000-ВТИ» используется универсальный преобразователь интерфейсов «USB-RS» и кабель программирования. Схема подключения изображена на Рис.2.4. Для подключения «С2000-ВТИ» к «USB-RS» используется кабель программирования АЦДР.685611.878 (приобретается отдельно).






Рис.2.5. Схема подключение «С2000-ВТИ» к ПИ «USB-RS»

Подключите преобразователь «USB-RS» к ПК с помощью USB-кабеля. Если преобразователь «USB-RS» подключается в первый раз, запуститесь мастер установки нового оборудования. Дождитесь завершения установки. Более подробную информацию по работе и подключению ПИ можно найти в документе АЦДР.426469.053 РЭп «Универсальный преобразователь интерфейсов «USB-RS». Руководство по эксплуатации».

Отсоедините питание и извлеките батарейку из «С2000-ВТИ». Подключите кабель программирования к «С2000-ВТИ». Измеритель перейдет в режим загрузчика, на экране отобразится «**bt.Ldr**».

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»


Файл с обновлением ПО можно найти на сайте <http://bolid.ru> в разделе «Продукция»
⇒ «Интегрированная система охраны "Орион"» ⇒ «Адресные системы ОПС и противопожарной
автоматики» ⇒ «Адресно-аналоговая подсистема на основе С2000-КДЛ» ⇒ «Адресный
термогигрометр С2000-ВТИ» вкладка «Скачать» раздел «Прошивки». Запустите файл
обновления Update_S2K-VTI_Vx_xx.exe (Update_S2K-VTI_i01_Vx_xx.exe*)




Для начала запуска обновления нажмите «Продолжить».

Для отмены обновления и выхода из программы нажмите «Закрыть».

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»



Дождитесь завершения обновления:



Для выхода из программы нажмите «Закрыть».

Отключите кабель программирования от «C2000-ВТИ». Вставьте батарейку и восстановите все соединения.

2.3.1. Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

2.3.2. Действия в экстремальных ситуациях



Внимание!

В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

2.3.3. Возможные неисправности и способ устранения

2.3.3.1. Неисправность батареи.

«**Егг.бт**» – неисправность батареи. Отображается при снижении уровня напряжения батареи ниже 2,9 В. Неисправную батарею необходимо заменить.

В «С2000-ВТИ» применяется литиевая батарея «**ER14505 SIZE AA 3.6V**» или ее аналог. Особенностью литиевых батарей является снижение разрядного тока после длительного хранения (пассивация). В момент установки батареи «С2000-ВТИ» анализирует ее пригодность, при этом на индикаторе отобразится «**т5т.бт**» – тест батареи. После успешного завершения тестирования батареи, извещатель перейдет в рабочий режим.

Если после завершения теста батареи на индикаторе отобразится неисправность батареи или недостаточность уровня напряжения батареи, повторите установку этой батареи (не более трёх раз). Дополнительно можно провести депассивацию замыканием контактов батареи на время не более 3-х секунд. Если ошибка все равно отображается, замените батарею.

2.3.3.2. Неисправность чувствительного элемента.

Продолжительное (более 4 секунд) отображение на дисплее «**---**» свидетельствует о неисправности чувствительного элемента. При неисправности измерителя, «С2000-ВТИ» необходимо передать в отдел ремонта.

2.3.3.3. Ошибка записи в EEPROM.

«**Егг.ЕЕ**» – ошибка записи параметра при сохранении в энергонезависимую память контроллера:

- проверьте уровни напряжения батареи и внешнего источника питания. Показатели должны соответствовать техническим характеристикам п.1.2;
- повторите запись параметра несколько раз;
- если неисправность повторяется, «С2000-ВТИ» необходимо передать в отдел ремонта.

Ошибка отображается в течение 30 с. Переход в основной режим нажатием любой кнопкой управления.

2.3.3.4. Ошибка отображения параметров.

«**Егг**» – ошибка установки параметров времени отображения.

Установка времени отображения на экране параметров в состоянии «**OFF**» (отключено):

LcdEr = **OFF** ;
Lcdrh = **OFF** ;
LcdCO = **OFF** *.

Ошибка автоматически сбросится, когда будет выбрано время отображения у одного из параметра отличное от «**OFF**».

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

3. Техническое обслуживание изделия

3.1. Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное плановое техническое обслуживание.

При эксплуатации термогигрометра необходимо следить за уровнем заряда батареи питания, вовремя менять разряженную батарею.

3.2. Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.3. Порядок технического обслуживания изделия

Работы по плановому техническому обслуживанию включают в себя:

- проверку внешнего состояния измерителя;
- проверку состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- проверку работоспособности согласно п. 3.4 настоящего руководства.



Внимание!

Извлечение платы прибора из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

3.4. Проверка работоспособности изделия

В основном режиме работы измерителя, выбирая режимы отображения кнопками «+», «-» или «Set», контролировать измеренные значения температуры, влажности и CO^* в данном помещении. Желательно, но не обязательно, при проверке контролировать правильность показаний каким-либо поверочным измерительным прибором.

3.4.1. Проверка напряжения батареи.

Войдите в режим настройки и выберите параметр «Контроль напряжения батареи» (см. п.2.2.5.3). Если напряжение батареи меньше 3.2 В, замените батарею:

Ub 3.0 – напряжение батареи, В.

3.4.2. Проверка напряжения питания.

Проверка напряжения питания в «С2000-ВТИ» осуществляется, если измеритель подключен по схеме с внешним питанием (см. п.2.2.4.1, Рис.2.3 и Рис.2.4).

Войдите в режим настройки и выберите параметр «Контроль напряжения ДПЛС» (см. п.2.2.5.2).

Ud 9.7 – напряжение ДПЛС, В.

Для схемы Рис.2.3 напряжение должно быть в пределах 7...10.6 В. Для схемы Рис.2.4 напряжение должно быть в пределах заданных технических характеристик на используемый источник питания.

3.5. Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6. Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

* Только для «С2000-ВТИ исп.01»

4. Текущий ремонт

4.1. Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка оповещателя для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте <https://bolid.ru/support/remont/>.

Внимание!



Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.2. Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3. Рекламации направлять по адресу:

АО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: info@bolid.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141006, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., 120Б, стр. 3.

4.4. При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

5. Хранение

5.1. В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

5.2. В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °C.

6. Транспортирование

6.1. Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

7. Утилизация

7.1. Утилизация прибора производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

7.2. Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3. Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

9. Сведения о сертификации

9.1. Адресные измерители влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» входят в состав системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «С2000-ВТ». Тип систем измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «С2000-ВТ» имеет сертификат о регистрации в государственном реестре средств измерений № 41389-09.

9.2. Адресные измерители влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Имеют декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.93587/24.

9.3. Адресные измерители влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Имеют декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.96585/24.

9.4. Производство адресных измерителей влажности и температуры с индикатором «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещён на сайте bolid.ru в разделе «О компании».

10. Сведения о ранее выпущенных версиях

С2000-ВТИ				
Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание отличий	Совместимость
2.00	11.2025		Изменён индикатор и тип используемого микроконтроллера	
1.00	01.2021		Первая серийная версия ПО	

С2000-ВТИ исп.01				
Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание отличий	Совместимость
2.00	11.2025		Изменён индикатор и тип используемого микроконтроллера. Добавлена функция звукового оповещения превышения концентрации СО	
1.00	01.2021		Первая серийная версия ПО	